



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-SRP
DATA DE ABERTURA: 29 DE JUNHO DE 2022 ÀS 09:01 HORAS.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI NO 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER O HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. CONFORME PROPOSTA Nº 12045.640000/1210-07 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO PARA ME/EPP).

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DE ITENS	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21L / AUTOCLAVE MICROPROCESSADA E ATOMÁTICA, CÂMARA RETANGULAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS. COM USO DE CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO COMO AGENTE ESTERILIZANTE GERADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E COM APOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SOBRE UMA BANCADA DE APOIO. A CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 316 E EXTREMAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 OU SUPERIOR. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DE CICLO. ENTRE: CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 21°C E CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 134°C COM EXAUSTAO RÁPID. AS INFORMAÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA DEVEM SER MOSTRADAS NO VISOR DO COMANDO, DEVE POSSUIR OS SISTEMAS DE SEGURANÇA ABAIXO DESCRITOS: VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, DOTADA DE DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA, IMPOSSIBILIDADE DE ITÍCIO OO CICLO. SEM A PORTA ESTAR FECHADA E SEM A RETIRADA DE AR, IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE PARÂMETROS COM O CICLO INICIADO, PAINEL DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO E ALARME. A AUTOCLAVE DEVE SER FORNECIDA COM OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO CARREGAMENTO DA CÂMERA. CONSTITUIDOSEM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO PARA LIGAÇÃO ELETRICA EM 220V - 60HZ, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1700W. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DO GABINETE: 540 X 460 X 465 MM. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA./INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	10	STERMAX	R\$ 3.669,00	três mil, seiscentos e sessenta e nove reais	R\$ 36.690,00	trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais
VALOR TOTAL DO LOTE 01						trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais	R\$	36.690,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	36.690,00
trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais		

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.
ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECEDOR OS ITENS COTADOS ABAIXO, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2022.

ISABELLE Assinado de forma digital por ISABELLE
CAVALCANTE CAVALCANTE
GONCALVES: 817350 GONCALVES:03980
03980817350 Dados: 2022.06.29
11:43:20 -03'00'

ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA
AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, Nº 700 - BAIRRO: PARQUE IRACEMA, CEP: 60.824-245 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 13.737.194/0001-54 - C.G.F: 06.154538-1 - E-MAIL: XMEDICALCLEANSGMAIL.COM



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
CNPJ	84.859.552/0002-20	Autorização	8.16.177-4
Produto	AUTOCLAVE STERMAX BOX EXTRA		

Modelo Produto Médico

04ABE

07ABE

12ABE

21ABE

28ABE

30ABE

40ABE

42ABE

60ABE

75ABE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------


Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Autoclave
Registro	81617740002
Processo	25351.773913/2018-27
Fabricante Legal	• FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Handwritten marks

HILDON CHAVES –HC LICITAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Rua FRANKLIN MAGALHÃES 385 - Vila Santa Catarina
 CEP: 04374-000 – São Paulo –SP
 Tel: (11) 2193-1760 / (11)99602-5005
 e-mail: hclicita@hotmail.com
 CNPJ:28.931,351/0001-35 IE:118.672.483.114



PROPOSTA

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Pregão Eletrônico Nº 38/2022

ITEM	PRODUTO	MARCA/MOD	QTD	UNIT	TOTAL
2	AUTOCLAVE DE 60 L 220V HORIZONTAL COM CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX 304 PRODUZIDO DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS TÉCNICAS; PAINEL INTEIRAMENTE EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO DE FÁCIL OPERAÇÃO, E QUE SEJA POSSÍVEL ACOMPANHAR O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, ATRAVÉS DO MANOMETRO TERMOMETRO/PRESSÃO/ TEMPERATURA) EM UM ÚNICO MOSTRADOR; FECHO DA TAMPA DE TRIPL.O ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. COM UM DISPOSITIVO QUE IMPEDA A ABERTURA DA TAMPA ENQUANTO HOUVER PRÊSSÃO INTERNA E TAMBÉM OFEREÇA A MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E SUAVIDADE NO ACIONAMENTO; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS; TAMPAS CONSTRUÍDAS E UTILIZANDO-SE SOMENTE DE MATERIAIS EXTREMAMENTE RESISTENTES, COMO ÇOS CARBONO E AÇOS INOXIDÁVEIS, SEM QUE SEJA UTILIZADO NENHUM MATERIAL FUNDIDO QUE NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE SUA QUALIDADE; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NACAMARA DE ESTERILIZAÇÃO PARA MELHOR VEDAÇÃO E DURABILIDADE; EeutpAMENTO SEM NECESSIDADE DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, POIS FACILITA A INSTALAÇÃO EM LOCAIS ONDE NÃO HA SAÍDA DE ESGOTO, POR NÃO NECESSITAR DE MANGUEIRAS PARA DRENAGEM DE AGUÁ RESIDUAL; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES ciclos; PERMITE o ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE ToDo o ciclo DE ESTERILIZAÇÃO E DIVERSOS CICLOS PODEM SER SELECIONADOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS, QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS PARA SECAR OS MAIS DIVERSOS MATERIAIS; DEVE SER UTILIZADA SOMENTE AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR, LIVRE DE ói.EOS g OUTROS RESÍDUOS QUE COMPROMETEM A A DURABILIDADE DOS MATERIAIS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS COM CONTROLE DE FALHAS DE PRESSÃO TEMPERATURA ELÉTRICO E OUTROS QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTOY SENSOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA, PRODUTO RESISTENTE DE FÁCIL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E . registro na ANVISA/MS: 80360560002	BS EQUIPAMENTOS DIGITALE 60 L HORIZONTAL 220 V	5	R\$ 6.400,00	R\$ 32.000,00

1. Validade da proposta: 60 dias;

2. Pagamento 30 DIAS

3. Prazo de entrega 30 DIAS

4. Garantia 12 meses

5. CAIXA ECONOMICA FEDERAL –AG 4037 – C/C 03-00002486-1

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem limite a: custo e direitos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta Licitação..EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Paulo, 29 DE JUNHO DE 2022

HILDON CHAVES:87709449891


Assinado de forma digital por HILDON CHAVES:87709449891
 Dados: 2022.06.29 11:40:25 -03'00'

HILDON CHAVES RG:6.981.687-6-CPF:877.094.498-91



AUTOCLAVE DIGITALE

Uso profissional Toda em metal



- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e depressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 60 Litros
- Modelo: 6.0
- Possui filtros
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- Até 5 bandejas opcional .
- Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 220 V.
- Freqüência: 50/60 Hz.
- Proteção elétrica: Fusíveis.
- Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm²
- Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 120° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Tanque de pressão/ camara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil



04.709.243/0001-54
(35) 3221-1080

Handwritten signatures and initials.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ	04.709.243/0001-54
Autorização	8.03.605-6
Produto	AUTOCLAVE DIGITALE

Modelo Produto Médico
DISPLAY DEITADO - 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1,0.2, 0.3
DISPLAY ELEVADO - - 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1,0.2, 0.3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80360560002
Processo	25351627823200999
Fabricante Legal	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

[Handwritten signature and mark]



LONDRINA, 29 de JUNHO de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração


Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 038/2022

LondriHosp
Produtos Hospitalares

PROPOSTA

ITEM	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 60L 220V / AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 PRODUZIDO DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS TÉCNICAS; PAINEL INTEIRAMENTE EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, DE FÁCIL OPERAÇÃO, E QUE SEJA POSSÍVEL ACOMPANHAR O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE MANÔMETRO / TERMÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA) EM UM ÚNICO MOSTRADOR; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM Sistema DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, COM UM DISPOSITIVO QUE IMPEDA A ABERTURA DA TAMPA ENQUANTO HOVER PRESSÃO INTERNA E TAMBÉM OFEREÇA MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E SUAVIDADE NO ACIONAMENTO; Sistema DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS; TAMPAS CONSTRUÍDAS UTILIZANDO-SE SOMENTE DE MATERIAIS EXTREMAMENTE RESISTENTES, COMO ÇOS CARBONO E AÇOS INOXIDÁVEIS, SEM QUE SEJA UTILIZADO NENHUM MATERIAL FUNDIDO QUE NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE SUA QUALIDADE; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO PARA MELHOR VEDAÇÃO E DURABILIDADE; EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, POIS FACILITA A INSTALAÇÃO EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ SAÍDA DE ESGOTO, POR NÃO NECESSITAR DE MANGUEIRAS PARA DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; PERMITE O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E DIVERSOS CICLOS PODEM SER SELECIONADOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS, QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS PARA SECAR OS MAIS DIVERSOS MATERIAIS; DEVE SER UTILIZADA SOMENTE ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR, LIVRE DE ÓLEOS E OUTROS RESÍDUOS QUE COMPROMETEM A ESTERILIZAÇÃO E A DURABILIDADE DOS MATERIAIS; SistemaS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM CONTROLE DE FALHAS DE PRESSÃO, TEMPERATURA, ELÉTRICO E OUTROS, QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; SENSOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.	BS / 6.0	6600,00	33.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					33.000,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 33.000,00 TRINTA E TRES MIL REAIS					


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:084265219
16

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA08426521916
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010B17368, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA08426521916
Dados: 2022.06.29 15:51:39 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20142

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022

DECLARAÇÃO PROPOSTA

ANEXO II

A empresa **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **MICRO EMPRESA** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Conforme edital.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

Gustavo Henrique Carrega


CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:084265219

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916
DN: cn=RH, ou=CP, Brasil, ou=00001010817368, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF B e e CPF A1, ou=AC SERASA
RFB, ou=32584223000130, ou=INTELOCONEFIENCIA,
ou=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
Dados: 2022.06.28 14:20:42 - 03'00"
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20142


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084 265 219-16
ADMINISTRADOR

16

Londrina, 28 de junho de 2022.

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.

CNPJ: 42.650.279/0001-07 - IE: 90899891-05 - IM: 2933098

RUA MARIA DONIAK, 133 JARDIM TROPICAL CEP 86087-635 LONDRINA - PR

TELEFONE (43) 3334-3142 - E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		
CNPJ	04.709.243/0001-54	Autorização	8.03.605-6
Produto	AUTOCLAVE DIGITALE		

Modelo Produto Médico

1,2, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 3,0, 3,6, 4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 5,0, 5,4, 5,5, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0, 9,6, 0,1,0,2, 0,3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
------------------------	-----------------	--

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80360560002
Processo	25351.627823/2009-99
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)