

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em mãos o presente procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038.2022 - SRP**, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, Decreto Federal Nº 10.024/19 e legislação complementar em vigor, não havendo subjuídice recursos de contestação, vem **HOMOLOGAR** o presente procedimento.


ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico inicialmente identificado, **HOMOLOGADO**, em favor de:

01 – X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 13.737.194/0001-54, com endereço na Av. Ministro José Américo, 700, Parque Iracema, Fortaleza/CE, sagrou-se vencedor, com o valor global de **R\$ 36.690,00 (trinta e seis mil, seiscientos e noventa reais)**, conforme lote abaixo relacionado.

ITEM 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21L / AUTOCLAVE MICROPROCESSADA E AUTOMÁTICA, CÂMARA RETANGULAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS. COM USO DE CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO COMO AGENTE ESTERILIZANTE GERADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E COM A POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SOBRE UMA BANCADA DE APOIO. A CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU SUPERIOR. PORTA CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 OU SUPERIOR. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DE CICLO, ENTRE: CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 121°C E CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 134°C COM EXAUSTÃO RÁPIDA. AS INFORMAÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA DEVEM SER MOSTRADAS NO VISOR DO COMANDO. DEVE POSSUIR OS SISTEMAS DE SEGURANÇA ABAIXO DESCRITOS: VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, DOTADA DE DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DO CICLO, SEM A PORTA ESTAR FECHADA E SEM A RETIRADA DE AR. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE PARÂMETROS COM O CICLO INICIADO. PAINEL DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO E ALARME. A AUTOCLAVE DEVE SER FORNECIDA COM OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO CARREGAMENTO DA CÂMARA, CONSTRUÍDOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. O	UND	STERMAX	10	3.669,00	36.690,00

951



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA EM 220V – 60HZ, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1700W. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DO GABINETE: 540 X 460 X 465 MM. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
---	--	--	--	--	--

02 – LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ N°. 42.650.279/0001-07, com endereço na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, sagrou-se vencedor, com o valor global de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme lote abaixo relacionado.

ITEM 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 60L 220V / AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 PRODUZIDO DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS TÉCNICAS; PAINEL INTEIRAMENTE EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, DE FÁCIL OPERAÇÃO, E QUE SEJA POSSÍVEL ACOMPANHAR O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE MANÔMETRO / TERMÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA) EM UM ÚNICO MOSTRADOR; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, COM UM DISPOSITIVO QUE IMPRESSA A ABERTURA DA TAMPA ENQUANTO HOVER PRESSÃO INTERNA E TAMBÉM OFEREÇA MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E SUAVIDADE NO ACIONAMENTO; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS; TAMPAS CONSTRUÍDAS UTILIZANDO-SE SOMENTE DE MATERIAIS EXTREMAMENTE RESISTENTES, COMO ÇOS CARBONO E AÇOS INOXIDÁVEIS, SEM QUE SEJA UTILIZADO NENHUM MATERIAL FUNDIDO QUE NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE SUA QUALIDADE; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO PARA MELHOR VEDAÇÃO E DURABILIDADE; EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, POIS FACILITA A INSTALAÇÃO EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ SAÍDA DE ESGOTO, POR NÃO NECESSITAR DE MANGUEIRAS PARA DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; PERMITE O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E DIVERSOS CICLOS PODEM SER SELECIONADOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS, QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS	UND	BS	5	6.600,00	33.000,00

95

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

<p>PARA SECAR OS MAIS DIVERSOS MATERIAIS; DEVE SER UTILIZADA SOMENTE ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR, LIVRE DE ÓLEOS E OUTROS RESÍDUOS QUE COMPROMETEM A ESTERILIZAÇÃO E A DURABILIDADE DOS MATERIAIS; SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM CONTROLE DE FALHAS DE PRESSÃO, TEMPERATURA, ELÉTRICO E OUTROS, QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; SENSOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.</p>					
---	--	--	--	--	--

São Gonçalo do Amarante/CE, 05 de julho de 2022.



Jamilly de Souza Silva

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde